



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS/RS - CEP: 98528-000 - CNPJ: 94.442.282/0001-20
FONE: (55) 3616-3058 / 3071 - FAX (55) 3551- 1854

Home Page: www.derrubadas-rs.com.br E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

ESCLARECIMENTO 01

O descritivo do item apresenta apenas medidas referenciais que a lanceta deve apresentar. Está correto este entendimento?

Poderão ser ofertadas lancetas com medidas aproximadas?

Em caso negativo, qual justificativa técnica?

Poderão citar ao menos 3 marcas que atendem a exigência do edital?

RESPOSTA

Conforme questionamentos, a descrição do item 58 é essa mesma, e quanto a profundidade de penetração 1.8mm deve de ser no mínimo essa para que possamos realizar os testes de glicose com mais precisão, ou seja, em pacientes com peles grossas ou com calosidades. Algumas marcas que atendem a descrição do item 58 são: Descarpack, Uniqmed e GlucoLeade.

